

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ  
(Sterile Surgical Gloves)

ความต้องการ ถุงมือยาง

วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว

ลักษณะเฉพาะ

1. เป็นถุงมือยางใช้สำหรับงานศัลยกรรม ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ
2. เป็นถุงมือที่ไม่คลุกแป้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
3. ขนาดของถุงมือได้มาตรฐานสากล มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
4. เนื้อยางเรียบปราศจากรอยตำหนิใด ๆ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี ไม่กระด้าง
5. มีข้อมูลการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin Irrigation test)
6. ขอบถุงมือเป็นแบบเรียบ ไม่มีห่วง จึงไม่มีขอกให้สิ่งสกปรกเกาะสะสมที่ขอบถุงมือ ส่วนของขอบถุงมือหนาจึงรัดกระชับแขนเสื้อผ่าตัดได้ดี
7. มีเบอร์บอกขนาดที่ใกล้ขอบถุงมือ และตัวอักษรย่อบอกให้ทราบว่าถุงมือนั้นสำหรับสวมมือซ้าย หรือมือขวา พิมพ์ด้วยหมึกที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของการใส่ถุงมือสลับข้างกัน
8. ผ่านการตรวจจรรยาบรรณ
9. บรรจุในซองเดี่ยว 2 ชั้น แบบ Square Pack ของละ 1 คู่ และบรรจุในกล่องกระดาษ ที่ระบุชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู้ผลิต และชื่อผู้จำหน่าย ล็อตการผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ
10. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา, รังสีอิเล็กตรอนตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีสติ๊กเกอร์เคมีที่เปลี่ยนสีที่กล่องบรรจุแสดงให้เห็นว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์
4. โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ผลิตตามมาตรฐานสากล และได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผู้ขายเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
2. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ให้แนบสำเนาใบอนุญาตดังกล่าวมาด้วย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายศุภฤกษ์ กิจภากรณ์)
2. ลงชื่อ.....กรรมการ (น.ส.สรสิน หงษ์ลาวิช)
3. ลงชื่อ.....กรรมการ (น.ส. พรพิมล อ่ำพิจิตร)
4. ชื่อ.....กรรมการ (น.ส. สุภัทรา พิมพ์แพทย์)
5. ลงชื่อ.....กรรมการ (นางนันท์ณรัตน์ อ่อนจินลี)

4. กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล
5. ต้องผ่านการประเมินการใช้งานจากคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์
6. ผู้ขายต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดเสียหาย หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ
7. หากมีปัญหาคุณภาพการใช้งานจากผู้ใช้ โรงพยาบาลรัฐประเทศสามารถยกเลิกสัญญาและสามารถจัดซื้อจากผู้จำหน่ายอื่นได้
8. ผู้เสนอต้องแนบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 50 ชิ้นมาเก็บใบเสนอราคาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาหรือทดลองใช้ โดย รพ.รัฐประเทศและขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี้ หากไม่ได้รับการพิจารณา
9. การพิจารณาจะประเมินจากผู้ใช้งานจริง จำนวน 30 ครั้ง เมื่อทดสอบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้เสนอราคา จะต้องผ่านการประเมินตามประกาศและได้รับคะแนนร้อยละ 80% ขึ้นไป ตามหัวข้อการประเมินคุณภาพดังนี้

ลำดับ	หัวข้อคุณภาพผลิตภัณฑ์	คะแนน
1	สวมใส่ได้กระชับมือและไม่บีบรัดนิ้วมือ ความยาวของนิ้วงู่มือสามารถลงได้ถึงง่ามมือ	2
2	ผิวด้านนอกสากหรือเรียบด้าน สามารถหยิบจับไม่ลื่น	2
3	มีความยืดหยุ่นได้ดีในการสวมถุงมือ	2
4	มีความเหนียว ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย	3
5	สวมใส่ได้สะดวก	1
6	ขอบถุงมือไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน ความยาวของส่วนข้อมือยาวพอที่จะหุ้มปลายเสื้อกาวน์ได้ดีไม่หลุดง่าย	2
7	ความพึงพอใจคุณภาพสินค้าโดยรวมจากผลการทดลองใช้	3
	คะแนนรวม	15

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายศุภฤกษ์ กิจภากรณ์)
2. ลงชื่อ..... กรรมการ  
(น.ส.สรสรีน หงษ์ลาวัณย์)
3. ลงชื่อ..... กรรมการ  
(น.ส. พรพิมล อ่ำพิจิตร)
4. ชื่อ..... กรรมการ  
(น.ส. สุสิทธิ์ พิมพ์แพทย์)
5. ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นางนันท์ณรัตน์ อ่อนจินลี)