

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว
(DISPOSIBLE GLOVE FOR SINGLE USE)

ความต้องการ ถุงมือยาง

วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว

ลักษณะเฉพาะ

1. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex)
2. ถุงมือเป็นชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (Non Sterile)
3. เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
4. ถุงมือมีแป้ง Corn Starch USP
5. ม้วนขอบที่ปลายถุงมือ
6. ถุงมือมีความหนา – บางสม่ำเสมอตลอดทุกชิ้น
7. ถุงมือมีผิวเรียบ ยกเว้นมีผิวหยาบที่ปลายนิ้ว เพื่อการสัมผัสที่มั่นคง
8. ถุงมือได้ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
9. การรั่วซึม ไม่มีการรั่วซึม
10. มีความเหนียว หนาไม่ขาดงานเมื่อเวลาถึง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก 1056-2556)
11. ความหนาของถุงมือ (ชั้นเดียว)

วัดที่ปลายนิ้วกลาง	ต่ำสุด 0.11 มิลลิเมตร
วัดที่กึ่งกลางฝ่ามือ	ต่ำสุด 0.08 มิลลิเมตร
12. แรงดึงขาด หลังการบ่มแรง

แรงดึงขาด	ต่ำสุด 6.0 นิวตัน
ความยืดเมื่อขาด(ร้อยละ)	ต่ำสุด 500
13. บรรจุภัณฑ์ระบุชนิด, ขนาดของถุงมือ, จำนวนถุงมือที่บรรจุ, เลขที่ผลิต, วันที่ผลิตและวันหมดอายุ และมีข้อความระบุว่า "ใช้ได้ครั้งเดียว"
14. ผลิตภัณฑ์มีให้เลือก 4 ขนาด คือ XS , S , M และ L
15. ถุงมือขนาด XS , S , M และ L มีความยาววัดจากปลายนิ้ว นิ้วกลางถึงขอบยาวไม่ต่ำกว่า 235 มิลลิเมตร
16. บรรจุจำนวน 100 ชิ้น (โดยน้ำหนัก) ต่อหนึ่งกล่อง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศุภฤกษ์ กิจภากรณ์)
2. ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.รสริน หงษ์ดาวิช)
3. ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส. พรพิมล อ่ำพิจิตร)
4. ชื่อ.....กรรมการ
(น.ส. ชุติพร พิมพ์แพทย์)
5. ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนันท์ณรัตน์ อ่อนจินลี)

17. ผลิตภัณฑประเทศไทย ได้มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1056-2556, ISO 9001 และ ISO 13485
18. บริษัทผู้แทนจำหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485 ด้านการจัดเก็บและส่งสินค้า
19. มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย หากไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตโดยตรง

เงื่อนไขอื่นๆ

1. ผู้ขายเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
2. เป็นผลิตภัณฑใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล
4. ต้องผ่านการประเมินการใช้งานจากคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะผลิตภัณฑ
5. หากมีปัญหาคุณภาพการใช้งานจากผู้ใช้ โรงพยาบาลรัฐประเทศสามารถยกเลิกสัญญาและสามารถจัดซื้อจากผู้จำหน่ายอื่นได้
6. ผู้ขายต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดเสียหาย หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ
7. ผู้เสนอต้องแนบตัวอย่างผลิตภัณฑอย่างน้อยขนาดละ 3 กล่องมากับใบเสนอราคาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาหรือทดลองใช้โดย รพ.อรัญประเทศและขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนผลิตภัณฑตัวอย่างนี้ หากไม่ได้รับการพิจารณา
8. การพิจารณาจะประเมินจากผู้ใช้งานจริง จำนวน 30 ครั้ง เมื่อทดสอบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ ผู้เสนอราคา จะต้องผ่านการประเมินตามประกาศและได้รับคะแนนร้อยละ 80% ขึ้นไป ตามหัวข้อการประเมินคุณภาพดังนี้

ลำดับ	หัวข้อคุณภาพผลิตภัณฑ	คะแนน
1	ความสะดวกในการนำมาใช้งาน	1
2	ความง่ายต่อการสวมใส่มือทั้งสองข้าง	1
3	มีความเหนียวและความยืดหยุ่น ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย	3
4	ความรู้สึกสบาย ไม่รัดแน่น ขณะสวมใส่	2
5	ไม่เกิดการแพ้หรือระคายเคืองกับผู้ใส่	2
6	ความพึงพอใจคุณภาพสินค้าโดยรวมจากผลการทดลองใช้	1
	คะแนนรวม	10

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายศุภฤกษ์ กิจภากรณ์)
2. ลงชื่อ.....กรรมการ (น.ส.รสริน หงษาวิช)
3. ลงชื่อ.....กรรมการ (น.ส. พรพิมล อ่ำพิจิตร)
4. ชื่อ.....กรรมการ (น.ส. ชุติพร ทิมพ์แพทย์)
5. ลงชื่อ.....กรรมการ (นางนันทนรัตน์ อ่อนจินดี)