

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสายน้ำเข้า-ออกจากลูกตา (Infiniti MP basic proce pouch)
โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

.....
๑.ความต้องการ ชุดสายน้ำเข้า-ออกจากลูกตา (Infiniti MP basic proce pouch)

๒.วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นสายน้ำเข้า-ออกจากลูกตา ใช้ประกอบกับตลับควบคุมน้ำเข้า-ออกจากลูกตาของ
เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ปัจจุบัน

๓.คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ เป็นชุดสายน้ำเข้าออกจากลูกตา ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง รุ่น INFINITI

๓.๒ สายทั้งสองใช้ต่อเข้ากับต้ามสลายต้อกระจก ในการทำการผ่าตัดต้อกระจก

๓.๓ การใช้งาน ๑ ชุดต่อ ๑ คน

๓.๔ เป็นอุปกรณ์ปลอดเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๓.๕ กล่องบรรจุ ๖ ชุด ต่อกล่อง

๔.เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพหากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๔.๒ สามารถเปลี่ยนคืนได้หากผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ

๔.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

ลงชื่อ.....*รศ.นพ.*.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*รศ.นพ.*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*ศุภก.*.....กรรมการ
(พญ.รัตนภรณ์ โรจนทัฬพะ) (นางภุษณิศา นางาม) (นางสาวชุลีพร พิมพ์แพทย์)
นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ